



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren
nach QSKH-RL

Herzschrittmacher-Aggregatwechsel

Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2019

Stand: 29.04.2020

Impressum

Thema:

Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach QSKH-RL. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel. Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2019

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Abgabe:

29.04.2020

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

verfahrensupport@iqtig.org

<https://www.iqtig.org>

ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2019	Referenzbereich 2018	Anpassung
52307	Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	≥ 95,00 %	≥ 95,00 %	Nein
111801	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,30 %	≤ 2,30 %	Nein