

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

09/6 (Spezifikation 2019 V06)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§-301-Vereinbarung</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00 = kein besonderer Personenkreis 04 = § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 06 = BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 07 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht und niederl. Grenzgänger, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 08 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 09 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, Auslandsversicherte
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. <input type="checkbox"/> 1 = ja
5-13	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small> <input type="text"/>
6	entlassender Standort <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/>
9	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
10	Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/>
11	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
12	Geschlecht <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt
13	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
Präoperative Anamnese/Klinik	
14	Einstufung nach ASA-Klassifikation <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt
Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation	
15	Indikation zum Eingriff am Aggregat <input type="checkbox"/> 0 = keine aggregatbezogene Indikation 1 = Batterieerschöpfung 3 = Fehlfunktion/Rückruf 4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation
16	Taschenproblem <input type="checkbox"/> 0 = kein Taschenproblem 1 = Taschenhämatom 2 = Aggregatperforation 3 = Infektion 9 = sonstiges Taschenproblem
17	Sondenproblem <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
18-20 Operation	
18	OP-Datum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
19	Ort der letzten ICD- (oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff <input type="checkbox"/> 1 = stationär, eigene Institution 2 = stationär, andere Institution 3 = stationärer/ambulant, eigene Institution 4 = stationärer/ambulant, andere Institution
20	Operation <small>alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/>
21-51 ICD	
21 ICD-System	
21	aktives System (nach dem Eingriff) <input type="checkbox"/> 0 = keines (Explantation oder Stilllegung) 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

22- 25.2	ICD-Aggregat	26-51 Sonden	31- 48.2 Ventrikel
22	Art des Vorgehens <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>0 = Aggregat nicht vorhanden 1 = kein Eingriff am Aggregat 2 = Wechsel 3 = Aggregat-Explantation und Implantation eines neuen Aggregats kontralateral 4 = Aggregatverlagerung 5 = Explantation 9 = sonstiges</p>	26- 30.2 Vorhof	31- 36.2 Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde
26	Art des Vorgehens <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> <p>0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges</p>	31	Art des Vorgehens <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> <p>0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde 8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde 9 = Stilllegung der gesamten Sonde 99 = sonstiges</p>
wenn Feld 22 NICHT IN (0;5)		wenn Feld 26 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
23>	Aggregatposition <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere</p>	27>	Problem <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> <p>Schlüssel 1</p>
wenn Feld 22 IN (2;3;5)		wenn Feld 26 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
24>	explantiertes System <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges</p>	28>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt</p>
wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9)		wenn Feld 31 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99)	
25.1>	Aggregat: Jahr der Implantation <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> <p>JJJJ</p>	29.1>	Problem <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> <p>Schlüssel 2</p>
25.2>	Jahr der Implantation nicht bekannt <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = ja</p>	29.2>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt</p>
wenn Feld 21 <= 3 und wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)		wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;7;8;9;99)	
30.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> mV</div>	34>	Position <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 9 = andere</p>
30.2>	Reizschwelle nicht gemessen <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen</p>	wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99)	
wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)		35.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> mV</div>
wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)		35.2>	Reizschwelle nicht gemessen <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> <p>1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen</p>
wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)		wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99)	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) und wenn Feld 34 IN (1;2)		41.2>	Reizschwelle nicht gemessen	<input type="checkbox"/>	wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99)	
36.1>>	R-Amplitude		1 = ja	<input type="checkbox"/>	47.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v
36.2>>	R-Amplitude nicht gemessen	wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 40 IN (1;2)			47.2>	Reizschwelle nicht gemessen
	<input type="checkbox"/>	42.1>>	R-Amplitude	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV		1 = ja
	1 = separate Pace/Sense-Sonde 2 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen					<input type="checkbox"/>
37-42.2	Zweite Ventrikelsonde	42.2>>	R-Amplitude nicht gemessen	<input type="checkbox"/>	wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 46 IN (1;2)	
37	Art des Vorgehens		1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	<input type="checkbox"/>	48.1>>	R-Amplitude
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV
	0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	43-48.2	Dritte Ventrikelsonde		48.2>>	R-Amplitude nicht gemessen
		43	Art des Vorgehens	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen
			0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges		49-51 Andere Defibrillationssonde(n)	
wenn Feld 37 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)		wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)			49	Art des Vorgehens
38>	Problem	44>	Problem	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Schlüssel 1		Schlüssel 1			0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges
wenn Feld 37 IN (1;2;4;5;6;7;99)		wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)			wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
39>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde	45>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde	<input type="checkbox"/>	50>	Problem
	<input type="checkbox"/>		1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt			0 = Systemumstellung 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Infektion 5 = Myokardperforation 6 = ineffektive Defibrillation 7 = Rückruf/Sicherheitswarnung 8 = wachstumsbedingte Sondenrevision 9 = sonstige
	1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt					
wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)		wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)			wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
40>	Position	46>	Position	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere			
	1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere					
wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99)		wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)			wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
41.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v					

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99)		53.7>	revisionsbedürftige Sondendysfunktion	55.2>>	Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde
51>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten anderen Defibrillationssonde(n)		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>
	1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	53.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen	55.3>>	Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde
52- 53.9	Peri- bzw. postoperative Komplikationen		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>
52	peri- bzw. postoperative Komplikation(en)	53.9>	sonstige interventionspflichtige Komplikation	55.4>>	Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde
	0 = nein 1 = ja		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>
wenn Feld 52 = 1		54.1- 54.5	Ort der Sondendislokation	55.5>>	Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n)
53.1>	kardiopulmonale Reanimation	wenn Feld 53.6 <= LEER			1 = ja <input type="checkbox"/>
	1 = ja <input type="checkbox"/>	54.1>>	Sondendislokation der Vorhofsonde	56-58	Entlassung
53.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax	54.2>>	Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde	56	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja <input type="checkbox"/>	54.3>>	Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde	57	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax	54.4>>	Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde	58	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja <input type="checkbox"/>	54.5>>	Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n)		
53.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss	55.1- 55.5	Ort der Sondendysfunktion		
	1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 53.7 <= LEER			
53.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom	55.1>>	Sondendysfunktion der Vorhofsonde		
	1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>		
53.6>	revisionsbedürftige Sondendislokation				
	1 = ja <input type="checkbox"/>				

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

Schlüssel 1

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 2

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = ineffektive Defibrillation
- 11 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 12 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre
Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen
einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in
der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet,
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet,
nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den
Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen,
nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen
nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel
zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im
Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4
PEPPV 2013)